

Số: 352 /BVĐKXP-VTTTB
V/v chào giá Sửa chữa, thay thế vật tư,
linh kiện, phụ kiện cho các thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện cho các thiết bị y tế của Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla (Model: Magnetom Sempra; Hãng/ Nước sản xuất: Siemens/ Đức); Máy siêu âm tổng quát (Model: Acuson S3000; Hãng sản xuất: Siemens; Xuất xứ: Đức) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Địa chỉ: 12 Chu Văn An – Phường Điện Biên – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Vật tư trang thiết bị và bảo dưỡng máy - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

- Điện thoại: 0243.734.2368

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ:

- Bộ phận văn thư – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

- Địa chỉ: 12 Chu Văn An – Phường Điện Biên – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.734.2368

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 10 tháng 2 năm 2025 đến 17h00 ngày 19 tháng 2 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện cho các thiết bị y tế
(có phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Địa chỉ: 12 Chu Văn – Phường Điện Biên – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I,II năm 2025

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, VT-TTB (3).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Long

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 552/BVĐKXP – VTTTB ngày 10 tháng 02 năm 2025)

STT	Tên vật tư, linh kiện, phụ kiện sửa chữa, thay thế	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
I	Yêu cầu chung				
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001; EC hoặc tương đương - Môi trường hoạt động + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ + Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$				
II	Sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla (Model: Magnetom Semptra; Hãng/ Nước sản xuất: Siemens/ Đức)				
1	Cuộn thu tín hiệu (Coil) đầu/cổ	- Số kênh thu tín hiệu RF: 16 kênh - Nguồn: +10 VDC, +3 VDC - Sử dụng kết nối không dây công nghệ DirectConnect - Gồm 02 phần, phía trên và phía dưới kết nối bởi khớp nối. - Ứng dụng chụp: Đầu cổ kết hợp, mạch máu đầu cổ. - Trọng lượng: Khoảng 4.7kg - Kích thước (DxRxC): Khoảng 440mm x 330mm x 370 mm	1	Cuộn	
2	Cuộn thu tín hiệu (Coil) bụng	- Thiết kế 6 kênh với 6 bộ tiền khuếch đại được tích hợp theo 2 hàng, mỗi hàng 3 phần tử. - Có thể kết hợp với coil Body 6 khác. - Coil thiết kế không cần chỉnh.	1	Cuộn	

		- Công nghệ tạo ảnh song song theo các hướng. - Với công nghệ kết nối dạng trượt, sẽ dễ dàng thiết lập coil chụp. - Ứng dụng trong chụp Ngực, tim, bụng, khớp hang, mạch máu - Có thể kết hợp với các Coil chụp đầu/cổ, Coil cột sống, Coil đa năng. - Trọng lượng: Khoảng 0.9kg - Kích thước (D x R x C): Khoảng 322mm x 530mm x 40 mm		
3	Sửa chữa, thay thế lồng Faraday (Lồng RF)	* Yêu cầu lồng Faraday (lồng RF): - Phòng chắn sóng RF: + Các tấm module cho trần, sàn và vách được làm từ thép mạ kẽm (Galvanised steel), bao gồm cả các dải tiếp xúc + Các modules gắn sàn với vật liệu lót là các tấm ván dày 19 mm + 1 bộ đỡ phin lọc- filter module, chuẩn bị cho gắn bộ phin lọc - filter plate cho MAGNETOM 1.5T + Các vòng đai cách điện cho các tấm treo trần + Một lá nhựa cho cách điện phần đế RF shielding - Cửa và cửa sổ: + Một bộ cửa cách âm kèm khóa, kích thước bên trong: R x C = 1.200 x 2.100 mm (tính năng an toàn của khóa: cửa có thể mở ra ngay cả trong trường hợp khóa từ bên trong) + Một cửa sổ nhìn qua, kích thước bên trong R x C = 1.200 x 900 mm	1	Gói

			- Các đường ống: + Tấm lưới tổ ong 514 x 289 mm cho điều hòa: 02 tấm + Ống có ren DN 50, cho các loại khí y tế: 02 cái - Ống quench bên trong phòng chụp: + Ống quench DN 100 hoặc DN 150: 1 Cái - Phin lọc cho nguồn điện cấp vào phòng, đèn chiếu sáng và ổ điện bên trong phòng RF Shielding với 6 chu trình, 32 A 440/250 V AC, dòng dò tiếp đất tối đa $< 0,63 \text{ mA/V}$: 01 bộ - Vách phòng: Khoảng. 60 m² gỗ phủ melamine, dày khoảng 17mm, màu trắng, với các dải phủ kẻ bằng nhôm. - Trần phòng: Khoảng. 30 m² trần treo cố định vào các thanh gỗ treo trần, tấm trần giả làm bằng tấm thạch cao trang trí vật liệu nhẹ và khoan 4 lỗ ra cho điều hòa không khí - Sàn: Khoảng 30 m² tấm trải sàn chống tĩnh điện, chống cháy - Tủ tường cho phin lọc: Tủ tường 2 cánh bao quanh tấm lọc - filter plate, lắp phía trong phòng, làm từ gỗ phủ melamine, cùng loại vách phòng: 01 tủ, - Phụ kiện lắp đặt điện gồm: Ổ điện tường, lỗ chờ cho kết nối Magnet stop button, Cáp nối bên trong phòng, 01 bộ đèn chiếu sáng. - Lắp đặt hoàn thiện lồng RF bao gồm: + Lắp đặt các module sàn, trần và vách + Lắp đặt cửa, cửa sổ + Lắp các lỗ tổ ong, các bộ gá		
--	--	--	--	--	--

		+ Đo đặc, Kiểm chuẩn dò sóng RF trên tần số 144MHz + Mở vách cho magnet move in và đóng lại + Lắp đặt, hoàn chỉnh nội thất + Lắp đặt các hòng gió cho điều hòa, máng cáp (bên trong phòng chụp) + Lắp đặt lại điều hòa hiện có của bệnh viện * Yêu cầu về tháo dỡ , di dời và lắp đặt lại hệ thống cộng hưởng từ 1.5tesla - Kiểm thiết bị ban đầu - Tháo dỡ, vận chuyển khối từ và các thiết bị trong phòng RF Cabin đến địa điểm lưu trữ tạm thời - Lắp đặt RF cabin mới - Vận chuyển khối từ và các thiết bị trong phòng RF Cabin vào RF cabin mới - Lắp đặt căn chỉnh lại thiết bị - Bảo dưỡng 01 lần cho toàn bộ hệ thống Đảm bảo thiết bị sau khi lắp đặt hoạt động như ban đầu trước khi tháo dỡ (mức hao hụt heli trong quá trình vận chuyển không quá 10% lưu lượng khí heli ban đầu trước khi di dời)			
4	Bổ sung Helium lỏng cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla	- Độ tinh khiết $\geq 99,999\%$	1300	Lít	
III	Vật tư, linh kiện, phụ kiện cho máy siêu âm tổng quát (Model: Acuson S3000; Hãng sản xuất: Siemens; Xuất xứ: Đức)				
1	Đầu dò Linear 18L6HD	+ Dải tần số 5.5 – 18.0 MHz + Tần số 2D có thể lựa chọn: 5 mức	1	Cái	

		+ Tần số hòa âm (THH) có thể lựa chọn: 6 mức + Tần số Doppler màu có thể lựa chọn: 5 mức + Tần số Doppler xung có thể lựa chọn: 5 mức + Số lượng chấn tử: 576 + Tiết diện tiếp xúc: 57 mm + Trường nhìn tối đa: 95 mm + Độ sâu hiển thị tối đa: 80 mm + Ứng dụng thăm khám: Vú, mạch máu não, cơ xương khớp, mạch máu ngoại vi, tuyến giáp.		
IV	Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. - Vật tư, linh kiện, phụ kiện khi thay thế vào thiết bị phải đảm bảo hoạt động tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu chuyên môn.			

Mẫu báo giá
CÔNG TY.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:.....
ĐIỆN THOẠI:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/Đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))